

多目的デジタルX線TVシステム

質問書への回答

NO.	質 問	回 答
1	【仕様書（概要）】 5 搬入及び設置条件 [5-4-5-6] 廊下側に「使用中ランプ」を設置し、発生器と連動してON/OFFする構造とすること。 につきまして、以下の認識でよろしいでしょうか？ご教示のほどお願いいたします。 <質問事項> 使用中灯につきまして、既設を再利用できる場合は、そのままとし、発生器と連動してON/OFFする構造を有している場合は、仕様を満たすという認識でよいでしょうか？	そのような認識で構いません。 なお、[5-4-5-6]の記載について、 「廊下側に「使用中ランプ」を設置し、発生器と連動してON/OFFする構造とすること。または、既設の「使用中ランプ」と発生器を連動してON/OFFする構造とすること。」 に修正します。
2	【仕様書（概要）】 5 搬入及び設置条件 [5-4-5-6] 7 番透視室及び内視鏡透視室の既存の酸素・吸引機器は使用できるようにすること。また、必要に応じて当院の指定する場所に移設する配管工事を行うこと。 につきまして、以下の認識でよろしいでしょうか？ご教示のほどお願いいたします。 <質問事項> 酸素・吸引機器の配管等の移設は、大掛かりな建築改修工事を必要とし、高額な工事費用と配管の一時停止による診療機能への影響が発生する可能性がございます。提案装置の設置に際し、著しく検査の運用に困難が生じる場合のみ貴院と協議させていただけますと幸いです。 上記認識にてよろしいでしょうか？	そのような認識で構いません。 既存の酸素・吸引設備が使用可能であれば移設の必要はありません。また、装置の設置に伴い、既存の酸素・吸引設備の移設が必要となる場合は、当院職員と協議のうえ、移設を行ってください。
3	【仕様書（概要）】 8 ネットワーク接続 [8-1-3] 既存の画像サーバー及び検像サーバーとネットワーク接続を行い、DICOM3.0規格によるStorage・Query/Retrieveに対応し、画像データの送受信が可能なこと。 につきまして、以下の認識でよろしいでしょうか？ご教示のほどお願いいたします。 <質問事項> Query/Retrieveにつきましては、以下の仕様書（技術的要件）に記載がございません。X線TV装置の構成に含まない場合も仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか？	Query/Retrieveは過去画像を参照して検査・治療を行う場合を想定しています。 本入札では検査室内にPACSの画像が表示できる仕様になっていることから [8-1-3]の記載について、 「既存の画像サーバー及び検像サーバーとネットワーク接続を行い、DICOM3.0規格によるStorageに対応し、画像データの送信が可能なこと。」 に修正します。
4	【仕様書（概要）】 9 その他 [9-4] 装置導入後5年間、システムのバージョン、OS、サイバーセキュリティソフトウェアは、常時、最新バージョンに無償でアップデートすること。また、装置、ホストコンピュータ、画像処理用コンピュータ、アプリケーションワークステーション等のハードウェアPCを最低1回は新品交換し装置安定化を図ること。 につきまして、以下の認識でよろしいでしょうか？ご教示のほどお願いいたします。 <質問事項> 弊社提案装置は、長期安定的に稼働することを目的に、装置不具合発生時（予防保全を含む）やソフトウェア・ハードウェアの欠陥、回収以外においては、ソフトウェアバージョンアップや画像処理装置の更新の対応はしておりません。当社提案装置は、予め長期に装置を安定的ご使用いただく為の対策は施してございますが仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか？	予め、長期的に安定して使用できることを目的として設定したものです。 装置を安定的に使用するための項目として「7 障害に対する支援体制」を設定しており、[9-4]については重複するため[9-4]を削除します。